

SESA# 17049003806 (5894)

COMUNE DI FALCIGNANA MARITTIMA

LIBRETTO METROLOGICO
DELL'ETILOMETRO
SAF'IR EVOLUTION

Decreto Ministeriale 22.5.1990, n° 196



ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

LB-ITA-60-000342-G
© 2020

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

03 FEB. 2021
Data :

ACS Saf'IR Evolution SESAH1T049003806 (959)

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo bianco [mg/l]	Esito della verifiche.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0.000		B			
0,200	0.200		B			
0,350	0.460					
	0.350	B	B	B	B	B
	0.805					
0,400	0.400		B			
	0.920					
0,700	0.700		B			
	1.610					
0,950						
1,500	1.500		B			
	3.450					
2,500						
PRIMITIVA 03.02.2021 BANCO 036						



Riempire le caselle interessate
con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Firma del responsabile del laboratorio :

FUNZIONARIO INGEGNERE
Dott. Ing. Giuliano DI ORIO

Imposta di bollo
assolto mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955


1) Proprietario

2) Proprietario

3) Proprietario

Data : ACS SafiR Evolution SESA1T049003806 (979)

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1,5 L in 5 s	3 L in 5 s	4,5 L in 5 s	3 L in 15 s 6 s pallier	3 L in 5 s 1,5 s pallier
0,000	0.000 0.000		B			
0,200	0.200 0.460		B			
0,350	0.350 0.805		B			
0,400	0.400 0.920					
0,700	0.700 1.610		B			
0,950						
1,500	1.500 3.450		B			
2,500						
PERIODICA 29.11.2024 BANCO 036						



con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / ~~RESPINTO~~ (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Firma del responsabile del laboratorio :

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Marco [Signature]
[Circular Stamp]

Imposta di bollo
assolto mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955

Verifica: Primitiva / Periodica (*)

Laboratorio :

Data :

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo banco (mg/L)	1,5 L in 5 s	3 L in 5 s	4,5 L in 15 s	3 L in 5 s pallier 1,5 s
0,000					
0,200					
0,350					
0,400					
0,700					
0,950					
1,500					
2,500					

Riempire le caselle interessate
con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Firma del responsabile del laboratorio :